中华人民共和国

计量器具型式批准证书

深圳市逸云天电子有限公司

_____：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：

CPA

2026C743-44

经批准的计量器具新产品（名称、型号等）：

工业及商业用途点型可燃气体探测器（甲烷测定器）
GTYQ-MIC-500S 系列 检测气体：甲烷 ：
测量范围：GTYQ-MIC-500S-CH4-300： （3～100）%LEL;
GTYQ-MIC-500S-CH4-100： （0～100）%LEL。
（防爆型） 最大允许误差：±5%FS

发证日期 ：2026年10月26日

发证机关（盖章）：广东省市场监督管理局

广东省市场监督管理局 4401060814926