



防爆合格证

证 号： CCRI 24.2938

持 证 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

生 产 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

产 品 名 称： 气体检测仪

型 号 规 格： BTYQ-MS104K-S1

防 爆 标 志： Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T₂₀₀130℃ Da

技 术 文 件： Q/YYT 004-2024

图 号： BTYQ-MS104K-S1.00

备 注： 1. 额定电压 DC 3.6V，供电选用 ER14335 型锂亚硫酰氯电池。
2. 外壳防护等级：IP68 @1.2m, 30min。
3. 关联检验报告编号：2024550566。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.4-2021，GB/T 4208-2017

发 证 日 期： 2024 年 7 月 11 日

有 效 期 至： 2029 年 7 月 10 日

批 准：



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号6号楼

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-89268018

