



防爆合格证

证 号： CCRI 24.7099X

持 证 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

生 产 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

产 品 名 称： 工业及商业用途便携式可燃气体探测器

型 号 规 格： BTYQ-MS600-S1

防 爆 标 志： Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia IIIC T₂₀₀130℃ Da

技 术 文 件： Q/YYT 007-2024

图 号： BTYQ-MS600-S1.00

备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.4-2021, GB/T 4208-2017

发 证 日 期： 2026 年 7 月 27 日

有 效 期 至： 2029 年 10 月 23 日

批 准：



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址：<http://jc.ccritle.com.cn>

检验检测专用章

检验检测专用章

电话：010-89268018



防爆合格证(附页)

证 号: CCRI 24.7099X

1. 额定电压 DC 3.7V, 供电选用限流电阻保护的锂离子电池组。
2. 外壳防护等级: IP68 @1.2m, 30min。
3. 证号后缀“X”表示禁止在危险场所使用各种线缆接口, 禁止在危险场所充电及更换电池; 进行数据传输时或充电时, 需使用经过评定的具有限能措施的专用连接设备, 使用注意事项详见说明书。
4. 本证书可代表型号: BTYQ-MS600-S2、BTYQ-MS600-S、BTYQ-MS500-S、BTYQ-MS400-S。
5. 关联检验报告编号: 2024550653-T、2026560034。
6. 产品名称变更, 换发证书。本证书签发之日起, 替代证书编号为 CCRI 24.7099X 的原证书。

CCRITC

煤科(北京)检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址: 北京市北京经济技术开发区(大兴)采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址: <http://jc.ccrtec.com.cn>

电话: 010-89268018