



防爆合格证

证 号： CCRI 24.7311X

持 证 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

生 产 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

产 品 名 称： 气体检测仪

型 号 规 格： BTYQ-PTM600-S

防 爆 标 志： Ex da ia IIC T6 Ga

技 术 文 件： Q/YYT 013-2024

图 号： BTYQ-PTM600-S.00

备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：
GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.4-2021, GB/T 4208-2017

发 证 日 期： 2024 年 9 月 10 日

有 效 期 至： 2029 年 9 月 9 日

批 准：



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址：<http://www.ccrirc.com.cn/Home>

检验检测专用章

检验检测专用章

电话：010-89268018



防爆合格证(附页)

证 号: CCRI 24.7311X

1. 额定电压 DC 5V, 供电需选用与之本安参数相匹配的关联装置;
本安参数 $U_i: 5.5V$ DC, $I_i: 100mA$, $P_i: 0.55W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 50\mu H$.
2. 外壳防护等级: IP66。
3. 证号后缀“X”表示设备外壳非金属部分有潜在静电电荷危险, 维护需用湿布擦拭。
4. 本证书可代表型号: BTYQ-PTM600、BTYQ-PTM600-S1、BTYQ-PTM600-S2。
5. 关联检验报告编号: 2024550763。

CCRITC

煤科(北京)检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址: 北京市北京经济技术开发区(大兴)采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址: <http://www.ccritle.com.cn/Home>

电话: 010-89268018