



防爆合格证

证 号： CCRI 25.7877X

持 证 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

生 产 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

产 品 名 称： 移动式气体检测仪（气体检测布控球）

型 号 规 格： BTYQ-PTM600-S2

防 爆 标 志： Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db

技 术 文 件： Q/YYT 030-2025

图 号： BTYQ-PTM600-S2.00

备 注：
1. 额定电压 DC 7.4V，供电选用具有双重化保护的锂离子电池组。
2. 外壳防护等级：IP66。
3. 后缀“X”表示禁止在危险场所使用各种线缆接口，禁止在危险场所充电及更换电池；进行有线数据传输时或充电时，需使用经过评定的具有有限能措施的专用连接设备，使用注意事项详见说明书。
4. 本证书可覆盖型号：BTYQ-PTM600-S3、BTYQ-PTM600-S4。
5. 关联检验报告编号：2025551035。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021， GB/T 3836.4-2021， GB/T 4208-2017

发 证 日 期： 2026 年 3 月 20 日

有 效 期 至： 2031 年 3 月 19 日

批 准：



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址：<http://jc.ccritle.com.cn>

检验检测专用章

检验检测专用章

电话：010-89268018