



防爆合格证

证 号： CCRI 26.2595X

持 证 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

生 产 单 位： 深圳市逸云天电子有限公司

产 品 名 称： 气体检测仪

型 号 规 格： BTYQ-MS400-S

防 爆 标 志： Ex ia IIC T6 Ga/Ex ia IIIC T₂₀₀80℃ Da

技 术 文 件： Q/YYT 031-2026

图 号： BTYQ-MS400-S.00

备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021， GB/T 3836.4-2021， GB/T 4208-2017

发 证 日 期： 2026 年 5 月 15 日

有 效 期 至： 2031 年 5 月 14 日

批 准：



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址：<http://jc.ccritle.com.cn>

检验检测专用章

检验检测专用章

电话：010-89268018



防爆合格证(附页)

证 号: CCRI 26.2595X

1. 额定电压 DC 5V, 供电需选用与之本安参数相匹配的关联装置。本安参数:
电源端: U_i : DC 5.5V, I_i : 100mA, P_i : 0.55W, C_i : $6.6\mu F$,
 L_i : $9.9\mu H$ 。
信号端: U_i : DC 5.5V, I_i : 100mA, P_i : 0.55W, C_i : $0\mu F$,
 L_i : $0\mu H$ 。
2. 外壳防护等级: IP68 @1.2m, 30min。
3. 证号后缀“X”表示外壳非金属部件有潜在静电电荷危险, 维护时需用湿布擦拭。
4. 本证书可代表型号: BTYQ-MS500、BTYQ-MS400。
5. 关联检验报告编号: 2026550300。

CCRITC

煤科(北京)检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址: 北京市北京经济技术开发区(大兴)采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址: <http://jc.ccrtec.com.cn>

电话: 010-89268018