



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE24.5822X

产品名称 Name of Product	气体检测仪
型号及规格 Type of Product	GTYQ-MIC-600
防爆标志 Marking	Ex da ia II C T6 Ga
技术文件 Technical Documents	Q/YYT 015-2024
图号 Drawing No.	GTYQ-MIC-600-00
备注 Note(s)	本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.4-2021

发给: 深圳市逸云天电子有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2029-12-19

Date of Expire:

发证日期: 2024-12-19

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

韩志强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE24.5822X
Certificate No.

1. 额定电压: DC24V。
2. 电源本安参数: $U_i: 26V, I_i: 51mA, P_i: 0.335W, C_i: 0, L_i: 0$;
通讯 RS485 本安参数: $U_i: 13V, I_i: 48mA, P_i: 0.158W, C_i: 0, L_i: 0$ 。
3. 产品使用环境温度: $-20^{\circ}C \leq T_a \leq +55^{\circ}C$ 。
4. 此产品仅能与本质安全装置或与安全区的关联装置相连接, 参数见使用说明书。
5. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件: 产品外壳为铸铝材质, 在 0 区使用时, 必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险! 产品安装时外壳必须可靠接地。
6. 关联检验报告 J2415822。

以下空白

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116