



防爆合格证

证 号: CCRI 26.2596X

持 证 单 位: 深圳市逸云天电子有限公司

生 产 单 位: 深圳市逸云天电子有限公司

产 品 名 称: 工业及商业用途便携式可燃气体探测器

型 号 规 格: BTYQ-MS104K-S2

防 爆 标 志: Ex ia I Ma/Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia IIIC T₂₀₀130°C Da

技 术 文 件: Q/YYT 030-2026

图 号: BTYQ-MS104K-S2.00

备 注:

1. 额定电压 DC 7.4V, 供电采用具有限流电阻保护的锂离子电池组。
2. 外壳防护等级: IP68@1.2m, 30min。
3. 后缀“X”表示禁止在危险场所使用各种线缆接口, 禁止在危险场所充电及更换电池; 进行有线数据传输时或充电时, 需使用经过评定的具有限能措施的专用连接设备, 使用注意事项详见说明书。
4. 本证书可覆盖型号: BTYQ-MS104K-S3、BTYQ-MS104K-S4。
5. 关联检验报告编号: 2026550301。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下现行国家标准:

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.4-2021, GB/T 4208-2017

发 证 日 期: 2026 年 6 月 5 日

有 效 期 至: 2031 年 6 月 4 日

批 准:



煤科(北京)检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址: 北京市北京经济技术开发区(大兴)采育镇育隆大街5号6号楼
防爆合格证查询网址: <http://jc.ccritc.com.cn>

检验检测专用章

检验检测专用章

电话: 010-89268018